Pipette Monitoring and Maintenance

Manufacturer Transferpette Model _____
Serial Number 22H33903 Capacity 2-20µl

Pipette Identification 3903

Date 1/16/2026 Analyst mh H_2O °C Start 20.5 H_2O °C End 20.5 Room °C ~~20.5~~ 20.5 1/16/2026 mh Humidity % 48 Theoretical ρ n/a

Low 10µl

Measured	Actual
1. 10	1. 0.0099
2. 10	2. 0.00996
3. 10	3. 0.0095

Actual: $\bar{x}$ = 9.667 σ = 0.208 % 96.67

Mid-Level 20µl

Measured	Actual
1. 20	1. 0.0199
2. 20	2. 0.0192
3. 20	3. 0.0195

Actual: $\bar{x}$ = 19.533 σ = 0.351 % 97.67

High

Measured	Actual
1.	1.
2.	2.
3.	3.

1/16/2026 mh

Actual: $\bar{x}$ = _____ σ = _____ % _____

☒ Pass
☐ Re-Check
☐ Fail

Notes:

Date _____ Analyst _____ H_2O °C Start _____ H_2O °C End _____ Room °C _____ Humidity % _____ Theoretical ρ _____

Low

Measured	Actual
1.	1.
2.	2.
3.	3.

Actual: $\bar{x}$ = _____ σ = _____ % _____

Mid-Level

Measured	Actual
1.	1.
2.	2.
3.	3.

Actual: $\bar{x}$ = _____ σ = _____ % _____

High

Measured	Actual
1.	1.
2.	2.
3.	3.

Actual: $\bar{x}$ = _____ σ = _____ % _____

1/16/2026 mh

☐ Pass
☐ Re-Check
☐ Fail

Notes: