Pipette Monitoring and Maintenance

Manufacturer Thermo Model Finnipipette F2
Serial Number U1145222 Capacity 20-200µl

Pipette Identification #5222

Date 4/15/2026 Analyst mh H_2O °C Start 20.5 H_2O °C End _____ Room °C 20.5 Humidity % 62 Theoretical ρ N/A

Low 20µl		Mid-Level 100µl		High 200µl	
Measured	Actual	Measured	Actual	Measured	Actual
1. 20	1. 0.0206	1. 100	1. 0.0999	1. 200	1. 0.1978
2. 20	2. 0.0205	2. 100	2. 0.0996	2. 200	2. 0.1981
3. 20	3. 0.0205	3. 100	3. 0.0993	3. 200	3. 0.1977
Actual: $\bar{x}$ = 20.533 σ = 0.058 % 102.167		Actual: $\bar{x}$ = 99.600 σ = 0.300 % 99.600		Actual: $\bar{x}$ = 197.867 σ = 0.208 % 98.93	

☑ Pass
☐ Re-Check
☐ Fail

Notes:

Date _____ Analyst _____ H_2O °C Start _____ H_2O °C End _____ Room °C _____ Humidity % _____ Theoretical ρ _____

Low		Mid-Level		High	
Measured	Actual	Measured	Actual	Measured	Actual
1.	1.	1.	1.	1.	1.
2.	2.	2.	2.	2.	2.
3.	3.	3.	3.	3.	3.
Actual: $\bar{x}$ = σ = %		Actual: $\bar{x}$ = σ = %		Actual: $\bar{x}$ = σ = %	

4/15/2026 mh

☐ Pass
☐ Re-Check
☐ Fail

Notes: