Temperature Log

Refrigerator / Freezer Mini. Freezer
(0°C to 8°C) (0°C and below)

Thermometer Manufacturer _

S/N 230218774

Control Company
Installed: 06/07/2023
Cal Date: 03/30/2025

Date	Temperature	Maintenance	Analyst
Feb 2024			
Th - 02/01	-17°C		DS
F - 02/02			
N - 02/05			
T - 02/06			
W - 02/07			
Th - 02/08	-18°C		DS
F - 02/09			
N - 02/12	-18°C		DS
T - 02/13			
W - 02/14			
Th - 02/15			
F - 02/16			
N - 02/19			
T - 02/20	-18°C		DS
W - 02/21			
Th - 02/22			
F - 02/23			
N - 02/26			
T - 02/27	-18°C		DS
W - 02/28			
Th - 02/29			

Temperature Log

Refrigerator (0°C to 8°C) / Freezer (0°C and below) Ba-Received fridge

Thermometer Manufacturer _____

S/N 23018770

Control Company
Installed: 06/08/2023
Cal Date: 03/30/2025

Date	Temperature	Maintenance	Analyst
Feb 2024			
Th- 02/01	1°C		DS
F- 02/02			
M- 02/05			
T- 02/06			
W- 02/07			
Th- 02/08	3°C		DS
F- 02/09			
M- 02/12	2°C		DS
T- 02/13			
W- 02/14			
Th- 02/15			
F- 02/16			
M- 02/19			
T- 02/20	1°C		DS
W- 02/21			
Th- 02/22			
F- 02/23			
M- 02/26			
T- 02/27	1°C		DS
W- 02/28			
Th- 02/29			

Temperature Log

Refrigerator (0°C to 8°C) / Freezer (0°C and below) BioFridge # 7

Thermometer Manufacturer _____

S/N 230218764

Control Company
Installed: 06/08/2023
Cal Date: 03/30/2025

Date	Temperature	Maintenance	Analyst
Feb 2024			
Th - 02/01	1°C		DS
F - 02/02			
M - 02/05			
T - 02/06			
W - 02/07			
Th - 02/08	1°C		DS
F - 02/09			
M - 02/12	3°C		DS
T - 02/13			
W - 02/14			
Th - 02/15			
F - 02/16			
M - 02/19			
T - 02/20	2°C		DS
W - 02/21			
Th - 02/22			
F - 02/23			
M - 02/26			
T - 02/27	1°C		DS
W - 02/28			
Th - 02/29			

Temperature Log

Refrigerator / Freezer BioFridge #6
(0°C to 8°C) (0°C and below)

Thermometer Manufacturer _____

S/N 230218771

Control Company
Installed: 06/08/2023
Cal Date: 03/30/2025

Date	Temperature	Maintenance	Analyst
Feb 2024			
Th- 02/01	2°C		DS
F- 02/02			
M- 02/05			
T- 02/06			
W- 02/07			
Th- 02/08	2°C		DS
F- 02/09			
M- 02/12	2°C		DS
T- 02/13			
W- 02/14			
Th- 02/15			
F- 02/16			
M- 02/19			
T- 02/20	2°C		DS
W- 02/21			
Th- 02/22			
F- 02/23			
M- 02/26			
T- 02/27	2°C		DS
W- 02/28			
Th- 02/29			

Temperature Log

Refrigerator (0°C to 8°C) / Freezer (0°C and below) Bio Fridge #5

Thermometer Manufacturer _____

S/N 230218767

Control Company
Installed: 06/08/2023
Cal Date: 03/30/2025

Date	Temperature	Maintenance	Analyst
Feb 2024			
Th - 02/01	2°C		DS
F - 02/02			
M - 02/05			
T - 02/06			
W - 02/07			
Th - 02/08	5°C		DS
F - 02/09			
M - 02/12	2°C		DS
T - 02/13			
W - 02/14			
Th - 02/15			
F - 02/16			
M - 02/19			
T - 02/20	2°C		DS
W - 02/21			
Th - 02/22			
F - 02/23			
M - 02/26			
T - 02/27	2°C		DS
W - 02/28			
Th - 02/29			

Temperature Log

Refrigerator (0°C to 8°C) / Freezer (0°C and below) BioFridge #2

Thermometer Manufacturer _

S/N 230213765

Control Company
Installed: 06/08/2023
Cal Date: 03/30/2025

Date	Temperature	Maintenance	Analyst
Feb 2024			
Th - 02/01	2°C		DS
F - 02/02			
M - 02/05			
T - 02/06			
W - 02/07			
Th - 02/08	4°C		DS
F - 02/09			
M - 02/12	1°C		DS
T - 02/13			
W - 02/14			
Th - 02/15			
F - 02/16			
M - 02/19			
T - 02/20	2°C		DS
W - 02/21			
Th - 02/22			
F - 02/23			
M - 02/26			
T - 02/27	2°C		DS
W - 02/28			
Th - 02/29			

Temperature Log

Refrigerator / Freezer Biofridge #1
(0°C to 8°C) (0°C and below)

Thermometer Manufacturer _____

S/N 230218768

Control Company
Installed: 06/08/2023
Cal Date: 03/30/2025

Date	Temperature	Maintenance	Analyst
Feb 2024			
Th- 02/01	4°C		DS
F- 02/02			
M- 02/05			
T- 02/06			
W- 02/07			
Th- 02/08	2°C		DS
F- 02/09			
M- 02/12	3°C		DS
T- 02/13			
W- 02/14			
Th- 02/15			
F- 02/16			
M- 02/19			
T- 02/20	2°C		DS
W- 02/21			
Th- 02/22			
F- 02/23			
M- 02/26			
T- 02/27	2°C		DS
W- 02/28			
Th- 02/29			

Temperature Log

Refrigerator / Freezer (circled) Specimen Freezer #1
(0°C to 8°C) (0°C and below)

Thermometer Manufacturer _____

S/N 230218TTS

Control Company
Installed: 06/08/2023
Cal Date: 03/30/2025

Date	Temperature	Maintenance	Analyst
Feb 2024		OUT OF SERVICE AS OF JAN 26, 2024	
Th - 02/01		OUT OF	
F - 02/02			
M - 02/05			
T - 02/06			
W - 02/07			
Th - 02/08		SERVICE	
F - 02/09			
M - 02/12			
T - 02/13			
W - 02/14			
Th - 02/15			
F - 02/16			
M - 02/19			
T - 02/20			
W - 02/21			
Th - 02/22			
F - 02/23			
M - 02/26			
T - 02/27			
W - 02/28			
Th - 02/29			

Temperature Log

Refrigerator (0°C to 8°C) / Freezer (0°C and below) — SPECIMEN FREEZER #2

Thermometer Manufacturer _____

S/N 230218722

Control Company
Installed: 06/08/2023
Cal Date: 03/30/2025

Date	Temperature	Maintenance	Analyst
Feb 2024			
Th - 02/01	-12°C		DS
F - 02/02			
M - 02/05			
T - 02/06			
W - 02/07			
Th - 02/08	-12°C		DS
F - 02/09			
M - 02/12	-13°C		DS
T - 02/13			
W - 02/14			
Th - 02/15			
F - 02/16			
M - 02/19			
T - 02/20	-12°C		DS
W - 02/21			
Th - 02/22			
F - 02/23			
M - 02/26			
T - 02/27	-14°C		DS
W - 02/28			
Th - 02/29			

Temperature Log

Refrigerator (0°C to 8°C) / Freezer (0°C and below) Specimen Refrige/Freezer #4

Thermometer Manufacturer _

S/N 230212761

Control Company
Installed: 07/24/2023
Cal Date: 03/30/2025

Date	Temperature	Maintenance	Analyst
Feb 2024			
Th - 02/01	4°C		DS
F - 02/02			
M - 02/05			
T - 02/06			
W - 02/07			
Th - 02/08	3°C		DS
F - 02/09			
M - 02/12	4°C		DS
T - 02/13			
W - 02/14			
Th - 02/15			
F - 02/16			
M - 02/19			
T - 02/20	3°C		DS
W - 02/21			
Th - 02/22			
F - 02/23			
M - 02/26			
T - 02/27	3°C		DS
W - 02/28			
Th - 02/29			

Temperature Log

Refrigerator (0°C to 8°C) / Freezer (0°C and below) BioFridge #3

Thermometer Manufacturer _

S/N 230218762

Control Company
Installed: 06/08/2023
Cal Date: 03/30/2025

Date	Temperature	Maintenance	Analyst
Feb 2024			
Th- 02/01	1°C		DS
F- 02/02			
M- 02/05			
T- 02/06			
W- 02/07			
Th- 02/08	1°C		DS
F- 02/09			
M- 02/12	1°C		DS
T- 02/13			
W- 02/14			
Th- 02/15			
F- 02/16			
M- 02/19			
T- 02/20	1°C		DS
W- 02/21			
Th- 02/22			
F- 02/23			
M- 02/26			
T- 02/27	1°C		DS
W- 02/28			
Th- 02/29			

Temperature Log

Refrigerator / Freezer Standards Freezer
(0°C to 8°C) (0°C and below)

Thermometer Manufacturer _

S/N 230218769

Control Company
Installed: 06/08/2023
Cal Date: 03/30/2025

Date	Temperature	Maintenance	Analyst
Feb 2024			
Th- 02/01	-13°C		DS
F- 02/02			
M- 02/05			
T- 02/06			
W- 02/07			
Th- 02/08	-13°C		DS
F- 02/09			
M- 02/12	-15°C		DS
T- 02/13			
W- 02/14			
Th- 02/15			
F- 02/16			
M- 02/19			
T- 02/20	-13°C		DS
W- 02/21			
Th- 02/22			
F- 02/23			
M- 02/26			
T- 02/27	-14°C		DS
W- 02/28			
Th- 02/29			

Temperature Log

Refrigerator / Freezer Standards Fridge
(0°C to 8°C) (0°C and below)

Thermometer Manufacturer _

S/N 230218766

Control Company
Installed: 06/08/2023
Cal Date: 03/30/2025

Date	Temperature	Maintenance	Analyst
Feb 2024			
Th- 02/01	4°C		DS
F- 02/02			
M- 02/05			
T- 02/06			
W- 02/07			
Th- 02/08	3°C		DS
F- 02/09			
M- 02/12	3°C		DS
T- 02/13			
W- 02/14			
Th- 02/15			
F- 02/16			
M- 02/19			
T- 02/20	3°C		DS
W- 02/21			
Th- 02/22			
F- 02/23			
M- 02/26			
T- 02/27	3°C		DS
W- 02/28			
Th- 02/29			

Temperature Log

Refrigerator / Freezer Overflow Fridge
(0°C to 8°C) (0°C and below)

Thermometer Manufacturer _

S/N 230218763

Control Company
Installed: 06/08/2023
Cal Date: 03/30/2025

Date	Temperature	Maintenance	Analyst
Feb 2024			
Th- 02/01	1°C		DS
F- 02/02			
M- 02/05			
T- 02/06			
W- 02/07			
Th- 02/08	1°C		DS
F- 02/09			
M- 02/12	1°C		DS
T- 02/13			
W- 02/14			
Th- 02/15			
F- 02/16			
M- 02/19			
T- 02/20	3°C		DS
W- 02/21			
Th- 02/22			
F- 02/23			
M- 02/26			
T- 02/27	1°C		DS
W- 02/28			
Th- 02/29			